



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДИ АЙ ВАЙ ТУЛЗ"

Место нахождения: 196084, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 92, литер А, помещение 3-Н, часть 19

Адрес места осуществления деятельности: 199106, Россия, город Санкт-Петербург, проток Шкиперский, дом 14, корпус 1, бизнес-центр "Прибой", Основной государственный регистрационный номер 1147847008858

Телефон: +78124487857 Адрес электронной почты: zzhirnova@viratools.ru

в лице генерального директора Верхотурова Олега Владимировича

заявляет, что Приборы электроизмерительные, рабочее напряжение 220В: индикаторные отвертки, отвертки-тестеры электрические, марки "VIRA", "VIRA RAGE", "KROFT"

Изготовитель "Ningbo United Products International Ltd."

Место нахождения: Китай, Room 410-2, No.486, Fenfyang Road, Development area, Ningbo

Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9030339900, 9030331000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ ДС21960, ДС21961 от 03.09.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория", сертификат о признании компетентности

испытательной лаборатории РОСС RU.31218.ИЛ.00010

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок службы (годности) указан в эксплуатационной документации. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования», раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2 ГОСТ 30969-2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.09.2025 включительно.

(подпись)

М.П.

Верхотуров Олег Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.ГА05.В.17111/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.09.2020